

共和薬品工業株式会社 溶出挙動の類似性及び溶出試験に関する資料

オランザピン細粒 1% 「アメル」

1. 溶出挙動の類似性

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について」(平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号)
試験製剤	オランザピン細粒 1% 「アメル」 LOT No. 11A7-071-M1 (共和薬品工業(株)製造)
標準製剤	ジプレキサ細粒 1% LOT No. K029A (日本イーライリリー(株)製造)
試験方法	日本薬局方 一般試験法溶出試験法パドル法
試験条件	試験液量：900mL、温度：37±0.5℃

< 判定基準 >


回転数	試験液	判定
50	pH1.2	試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出する。
	pH5.0	
	pH6.8	
	水	

< 試験結果 >

下記の通り、両剤の溶出挙動は類似していると判定された。

表. 溶出挙動の類似性 判定結果

試験条件		判定基準			平均溶出率%			判定結果
試験方法	回転数	試験液	溶出率	判定時間	標準製剤	試験製剤	差	
パドル法	50rpm	pH1.2	85%以上	15分	100.2	102.3	—	適合
		pH5.0	85%以上	15分	97.4	103.2	—	適合
		pH6.8	85%以上	15分	98.5	101.5	—	適合
		水	85%以上	15分	95.2	101.7	—	適合



(Mean ± S.D., n = 12)

図. 溶出曲線

2. 溶出試験

日本薬局方一般試験法溶出試験法パドル法に基づき試験を実施し、以下の溶出規格に適合していることが確認されている。

表示量	回転数	試験液	規定時間	溶出率
1%	50rpm	日本薬局方溶出試験第2液	15分	85%以上